


平成 31 年 4 月 24 日

各都道府県計量検定所長 殿
各県計量行政担当課長 殿
各特定市計量行政担当責任者 殿

非自動はかりの基準適合証印漏れについて
(情報提供及び注意喚起のお願い)

リトラ株式会社
品質保証部



当社が平成 28 年 5 月に製造した非自動はかり（2 級・3 級のはかり）において、このたび、定期検査の際に、基準適合証印が刻印されていないものの存在が確認されました。平成 31 年 4 月 19 日時点で 1 台が確認されたのみではありますが、当該計量器を取引・証明に使用した使用者が計量法違反となってしまうおそれがあることから、本件の重要性にかんがみ、経済産業省計量行政室と相談の上、本件について情報提供させていただくことといたしました。

恐縮ですが、各都道府県・特定市の皆様におかれましては、非自動はかりで、取引・証明の用途で使用されている使用者に対する定期検査の際に該当の非自動はかりの検査を行う際には、基準適合証印の有無について念のため確認して頂けますでしょうか。

万一、基準適合証印が無いものを発見した場合には、お手数ですが、下記の担当窓口にご連絡賜りますと幸いです。

このたびはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご協力のほどよろしくお願ひいたします。

- 1 基準適合証印漏れが確認された非自動はかりの情報
型式承認 第 D1144 号 平成 28 年 05 月製造
販売者 株式会社エー・アンド・デイ モデル名 EK-320iR
製造者及び指定製造事業者 指定番号 021101 リトラ株式会社
- 2 担当窓口
担当 品質保証部 品質保証課 鈴木
住所 埼玉県日高市大字原宿 7-5
電話 042-985-4668 (代表)
E-mail suzuki@litra.co.jp

以上